

Nepodkročitelné meze odbornosti 813 – laboratoř alergologická a imunologická

Každá imunologická laboratoř by měla splňovat určitá kritéria:

Musí v ní pracovat personál s odpovídající kvalifikací.

Musí provádět odpovídající spektrum metod tak, aby dokázala popsat stav a funkčnost imunitního systému a poskytnout indikujícímu lékaři odbornou pomoc při interpretaci výsledků a jejich případném doplnění o další vyšetření.

Je-li imunologická laboratoř součástí klinicko-diagnostického komplexu (např. nemocnice), mohou být v rámci integrace a konsolidace laboratorních pracovišť tohoto komplexu jednotlivá vyšetření prováděna také v laboratořích jiných odborností při zajištění odborné supervize imunologickou laboratoří tohoto komplexu.

Více zde: https://csaki-sli.cz/?page_id=147

Minimální požadavky na personál laboratoře

- a) alergolog a klinický imunolog minimálně 0,2 úvazku,
- b) bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii minimálně 0,2 úvazku a
- c) zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru 1,0 úvazku.

Úvazky jsou rozvrženy tak, aby úvazek uvedený v písmenech a) a b) celkem činil 1,0.

Během pracovní doby laboratoře musí být na pracovišti vždy přítomen alespoň jeden z pracovníků dle bodu a) nebo b).

Minimální požadavky na přístroje a pomůcky v laboratoři

Laboratoř musí mít technické a přístrojové vybavení odpovídající spektru prováděných vyšetření.

Minimální požadavky na počet a spektrum vyšetření/rok

Nejsou.

Minimální požadavky na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC)

Laboratoř musí mít zaveden funkční systém VKK v souladu s doporučením odborných společností a s platnými normami (ISO 17025, 15189).

Minimální požadavky na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT)

Laboratoře provádějící stanovení analytů z odbornosti 813 se musí zúčastňovat externího hodnocení kvality v nezávislých tuzemských nebo zahraničních programech EHK nejméně v jednom kontrolním cyklu ročně, pokud jsou pro daný analyt dostupné, a vlastnit platné příslušné certifikáty/osvědčení. Pokud není pro daný analyt dostupný komerční program EHK, musí se ověřit stanovení analytu mezilaboratorní porovnávací zkouškou nejméně jednou ročně.

Schváleno Výborem SLI ČSAKI

dne 28.2.2025

Ing. Miroslav Hindřoš,
předseda SLI ČSAKI